



ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ  
ΠΛΗΡΟΦ.:– Κ. Σπυρίδου- Σ.Κεσκετζίδου  
ΤΗΛ.: 2313303068, 2313303066  
FAX : 2313303070

Θεσσαλονίκη, 11 Απριλίου 2018

Η υπ' αριθμ. ΚΣ34/2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ

Για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ.

1. Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν έως την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 στις 12.00 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [sevasti.kesketzidou@n3.syzefxis.gov.gr](mailto:sevasti.kesketzidou@n3.syzefxis.gov.gr) ε. Η προσφορά πρέπει απαραίτητως: α) να φέρει ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι προσφορές θα απορριφθούν) και β) να συνοδεύεται από ηλεκτρονική υποβολή συμπληρωμένου του υπολογιστικού φύλλου (excel) που επισυνάπτεται στην παρούσα έρευνα ως ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ 1, του οποίου όλα τα ορισθέντα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά  
Η προθεσμία κατάθεσης προσφορών τηρείται **απαρέγκλιτα. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτές.**
2. Οι εκπρόσωποι των συμμετεχουσών εταιρειών εφόσον το επιθυμούν δύνανται να λάβουν γνώση του περιεχομένου των άλλων προσφορών την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και τις ώρες 9:00πμ-11:00π.μ
3. Κριτήριο για την ανάδειξη του προμηθευτή είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής για τις προσφορές που είναι σύμφωνες με τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά των αιτουμένων ειδών. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Σε περίπτωση ισοτιμίας, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προμηθευτή με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του γραφείου διαχείρισης υλικού, παρουσία των εκπροσώπων των συμμετεχουσών εταιρειών εφόσον το επιθυμούν, σε ημέρα και ώρα που θα προσδιοριστεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ.





4. Στην προσφορά, πρέπει να αναφέρεται ότι τα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα από την επόμενη ημέρα λήψης του Δελτίου Παραγγελίας.
5. Στις προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται ο αύξων αριθμός του είδους σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί, καθώς και οι Αριθμοί Μητρώου (Α.Μ) του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ, με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Σε περίπτωση μείωσης της τιμής στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. η τιμή του μειοδότη δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής.  
Επίσης τόσο στην προσφορά όσο και κατά την τιμολόγηση των αιτούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός GMDN και ο Κωδικός ΕΚΑΠΤΥ.
6. Πιστοποιητικά CE και τυποποιητικά έγγραφα (π.χ. πρότυπα EN ISO) θα ζητούνται κατά περίπτωση.
7. **Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Προμηθευτές για το χρονικό διάστημα από 1.5.2018 έως 31.8.2018.**
8. Τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά των αιτουμένων ειδών εκτίθενται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα:

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	μμ
1	Σύστημα οπίσθιας ινιοαυχενικής σπονδυλοδεσίας αποτελούμενο από (4) βίδες πλαγίων ογκωμάτων (διαμέτρου από 3,5-4,5mm και μήκους από 10-40mm) και σύστημα στερέωσης (δυνατότητα πλάκας ή ράβδου) ινιακού οστού με πλάκα ινίου χαμηλού προφίλ εύκαμπτη, με συνοδές (3-4) αυτοκόπτουσες βίδες ινίου σε διαφορετικά μήκη (3,5-4mm) και διαμέτρους (8-14mm), μηχανισμούς κλειδώματος βίδας ράβδου 2 ράβδους, συνδετικό ράβδου-πλάκας ινίου μεταβλητού μήκους και δυνατότητα συνδυασμού με 2 υποπετάλια άγκιστρα.	σετ 2 σπονδύ λων
2	Μεσοσπονδύλια προθέματα αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης από ΡΕΕΚ (ακτινοσκιερά) λορδωτικό από 0 μέχρι 5 μοίρες. ΥΨΟΣ από 4 μέχρι 10 mm. ΠΛΑΤΟΣ από 12 μέχρι 16mm. ΒΑΘΟΣ από 11.0 μέχρι 16 mm. Μονάδα μέτρησης 1 επίπεδο.	ΤΥΧ
3	Πλάκες στήριξης αυχενικών σπονδύλων από τιτάνιο. ή άλλο εγκεκριμένο υλικό. Ακτινοσκοπικές εύκαμπτες με δυνατότητα στρέβλωσης, διαστάσεων από 20 μέχρι 115mm και (4) συνοδές αυτοκόπτουσες βίδες (διαμέτρου από 4 μέχρι 5 mm και μήκους από 10 μέχρι 20 mm) και μηχανισμό ασφάλισης της βίδας για πρόσθια σπονδυλοδεσία. Μονάδα μέτρησης 2 σπονδύλων ή 1 επίπεδο.	σετ
4	Διατεινόμενοι κλωβοί τιτανίου ή άλλου εγκεκριμένου υλικού, ακτινοσκοπικοί, διαμέτρου από 12 μέχρι 16mm, διαστήματος γεφύρωσης από 10 μέχρι 65 για χρήση σε επέμβαση σωματεκτομής αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης. Οι επιφάνειες προς τα γειτονικά διαστήματα πρέπει να έχουν κατασκευασθεί με πρόβλεψη ώστε να μην ολισθαίνουν και να υπάρχει δυνατότητα συνδυασμού του διατεινόμενου κλωβού με πλάκα στήριξης. Μονάδα μέτρησης 2 επίπεδα.	ΤΥΧ
5	Διαυχενικές βίδες θωρακικής μοίρας σπονδυλικής στήλης. με χαμηλό προφίλ τουλίπας, χαμηλό προφίλ βίδας διαμέτρου από 4 έως 8mm και μήκους από 25 μέχρι 60 mm με δυνατότητα μετατροπής σταθερής ή πολυαξονικής κεφαλής, δυνατότητα σύνδεσης με αυχενική ράβδο για περιπτώσεις αυχενοθωρακικής σταθεροποίησης. δυνατότητα συνδυασμού με άγκιστρα, δυνατότητα σύνδεσης με οσφυϊκή ράβδο για επέκταση σπονδυλοδεσίας στην θωρακοοσφυϊκή περιοχή. 2 συνοδές ράβδοι. μηχανισμοί κλειδώματος και εγκάρσιο συνδετικό. Μονάδα συστήματος για 2 επίπεδα.	σετ για 2 επίπεδ α
6	Σύστημα οπίσθιας σπονδυλοδεσίας οσφυοϊερής μοίρας σπονδυλικής στήλης. αποτελούμενο από 4 διαυχενικές βίδες διπλού σπειράματος και χαμηλού προφίλ τουλίπας, και δύο βίδες ανάταξης σπονδυλολίθωσης (συμπαγείς ή αυλοφόρες), διαμέτρου από 4-8mm και μήκους από 20-60mm με δυνατότητα μετατροπής της πολυαξονικής κεφαλής σε σθερή, 2 συνοδές ράβδοι, 4 μηχανισμοί κλειδώματος και εγκάρσιο συνδετικό.	σετ για 2 επίπεδ α
7	Σύστημα διαδερμικής κυφοπλαστικής για αμφοτερόπλευρη διαυχενική προσπέλαση (2 τροκάρ ελεγχόμενης πίεσης, 2 οστικά μπαλόνια). Μονάδα μέτρησης 1 επίπεδο Το σετ για επέμβαση ενός επιπέδου περιλαμβάνει: 2 οστικά μπαλόνια, 6 οστικούς αισθητήρες, 2 trocar, 2 σύριγγες εμφύσησης, 1 σύστημα τοποθέτησης και 1 τσιμέντο	σετ
8	Ανθρώπινα οστικά μοσχεύματα από DBM περιεκτικότητας >40% σε μορφή gel σε σύριγγα, συσκευασία 5cc	τεμ.
9	Ανθρώπινα οστικά μοσχεύματα από DBM περιεκτικότητας >40% σε μορφή gel σε σύριγγα, συσκευασία 3cc	τεμ.
10	Ανθρώπινα οστικά μοσχεύματα από DBM περιεκτικότητας >40% σε μορφή gel σε σύριγγα, συσκευασία 1cc	Τεμ.



11	Ανθρώπινα οστικά μοσχεύματα από DBM περιεκτικότητας >40% σε μορφή Putty, συσκευασία 1cc	Τεμ.
12	Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα από αλεσμένα και αναμιγμένα οστά, τρίμματα φλοιώδη, σπογγώδη, σπογγοφλοιώδη, συσκευασία 15cc	Τεμ.

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ και ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ