



ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΛΗΡΟΦ.: Σ.Κεσκετζίδου – Κ. Σπυρίδου
ΤΗΛ.: 2313303066, 2313303068
FAX : 2313303070

Θεσσαλονίκη, 11 Απριλίου 2018

Η υπ' αριθμ. ΚΣ35/2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ.

1. Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν έως την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 στις 12.00 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση sevasti.kesketzidou@n3.syzefxis.gov.gr, Η προσφορά πρέπει απαραίτητως: α) να φέρει ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι προσφορές θα απορριφθούν*) και β) να συνοδεύεται από ηλεκτρονική υποβολή συμπληρωμένου του υπολογιστικού φύλλου (excel) που επισυνάπτεται στην παρούσα έρευνα ως ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ 1, του οποίου όλα τα ορισθέντα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά. Η προθεσμία κατάθεσης προσφορών τηρείται **απαρέγκλιτα. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτές.**
2. Οι εκπρόσωποι των συμμετεχουσών εταιρειών εφόσον το επιθυμούν δύνανται να λάβουν γνώση του περιεχομένου των άλλων προσφορών την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και τις ώρες 9:00πμ-11:00π.μ
3. Κριτήριο για την ανάδειξη του προμηθευτή είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής για τις προσφορές που είναι σύμφωνες με τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά των αιτουμένων ειδών. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Σε περίπτωση ισοτιμίας, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προμηθευτή με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του γραφείου διαχείρισης υλικού, παρουσία των εκπροσώπων των συμμετεχουσών εταιρειών εφόσον το επιθυμούν, σε ημέρα και ώρα που θα προσδιοριστεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ.
4. Στην προσφορά, πρέπει να αναφέρεται ότι τα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα από την επόμενη ημέρα λήψης του Δελτίου Παραγγελίας.



5. Στις προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται ο αύξων αριθμός του είδους σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί, καθώς και οι Αριθμοί Μητρώου (Α.Μ) του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ, με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Σε περίπτωση μείωσης της τιμής στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. η τιμή του μειοδότη δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής.
Επίσης τόσο στην προσφορά όσο και κατά την τιμολόγηση των αιτούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός GMDN και ο Κωδικός ΕΚΑΠΤΥ.
6. Πιστοποιητικά CE και τυποποιητικά έγγραφα (π.χ. πρότυπα EN ISO) θα ζητούνται κατά περίπτωση.
7. **Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Προμηθευτές για το χρονικό διάστημα από 1.5.2018 έως 31.8.2018.**
8. Τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά των αιτουμένων ειδών εκτίθενται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
1	Raney clips μίας χρήσης, πλαστικά, σε κασέτες των 10 έως 20 clips, με συνοδό εξοπλισμό (εργαλείο εφαρμογής)
2	Φρέζες ανατρήσεων (από 10 έως 20mm), κοπής και λείανσης (από 2 έως 8 mm), διαφόρων διαμετρημάτων (όπως αναφέρεται ανωτέρω), μηκών και τύπων, για ηλεκτρικό τρυπάνι ή πνευματικό, με εργοστασιακές προδιαγραφές κατάλληλες για Νευροχειρουργικές επεμβάσεις (κράνιου και σπονδυλικής στήλης), με τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό και υλικά συντήρησης (λάδι, φίλτρα)
3	Συστήματα στήριξης οστικού κρημνού, αυτοσυγκρατούμενα, από παραμαγνητικό υλικό, διαφόρων διαμετρημάτων (από 13 έως 16 mm), κατάλληλα για κάλυψη και κρανιονατρήσεων, με τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό.
4	Υλικό πλήρωσης ελλειμμάτων κρανίου από συνθετικό οστικό μόσχευμα προκατασκευασμένο, σε διάφορα μεγέθη, σχήματα και πάχος, με ή/και χωρίς ενσωματωμένο πλέγμα τιτανίου, με συνοδό εξοπλισμό.
5	Υποκατάστατο μήνιγγας (μήτρα ανάπλασης) από βόειο κολλαγόνο, διαστάσεων 5x5 (±20%), για χρήση σε επεμβάσεις κρανίου και σπονδυλικής στήλης.
6	Υποκατάστατο μήνιγγας (μήτρα ανάπλασης) από κολλαγόνο, διαστάσεων 10x12,5 (±20%), για χρήση σε επεμβάσεις κρανίου.
7	Υποκατάστατο μήνιγγας (μήτρα ανάπλασης) από βόειο κολλαγόνο, διαστάσεων 12,5x17,5 (±20%), για χρήση σε επεμβάσεις κρανίου.
8	Υποκατάστατο μήνιγγας (μήτρα ανάπλασης) από βόειο κολλαγόνο, με δυνατότητα να συρράπτεται υδατοστεγώς, διαστάσεων 5x5 (±20%), για χρήση σε επεμβάσεις κρανίου και σπονδυλικής στήλης.
9	Υποκατάστατο μήνιγγας (μήτρα ανάπλασης) από βόειο κολλαγόνο, με δυνατότητα να συρράπτεται υδατοστεγώς, διαστάσεων 10x12,5 (±20%), για χρήση σε επεμβάσεις κρανίου και σπονδυλικής στήλης.
10	Υποκατάστατο μήνιγγας από βόειο κολλαγόνο, το οποίο να διαθέτει ικανοποιητική ελαστικότητα, με δυνατότητα να επιδέχεται ράμματα ή ιστική κόλλα, διαστάσεων 7,5x7,5 (±20%), για χρήση σε επεμβάσεις κρανίου και σπονδυλικής στήλης.
11	Νευροχειρουργικό βαμβάκι πολύ λεπτό, πάχους < 0,5 mm, ακτινοσκοπικό, με νήμα συγκράτησης, μαλακής σύστασης, με μεγάλη απορροφητική ικανότητα, του οποίου η σύσταση να μην αλλοιώνεται με το χρόνο παρουσία ύδατος ή εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ENY), διαφόρων μεγεθών (μήκος από 5 έως 50 mm και πλάτος από 3 έως 10 mm)
12	Αιμοστατική γάζα από 100% οξειδωμένη, αναγεννημένη και βακτηριοκτόνο κυτταρίνη (τύπου Surgicell), της οποίας η σύσταση ή το σχήμα να μην αλλοιώνονται με το χρόνο, όταν έρχεται σε επαφή με νερό, ENY ή αίμα, και η οποία να δύναται να αφαιρεθεί εύκολα από τους ιστούς με λαβίδα, χωρίς να τραυματίζει τον υποκείμενο ιστό.
13	Σύστημα κοιλιοπεριτοναϊκής παροχέτευσης τεκμηριωμένης αντιμικροβιακής δράσης για αντιμετώπιση υδροκεφαλίας κατάλληλο για ενήλικες με προγραμματιζόμενη βαλβίδα πολλαπλών επιλογών με μεγάλο εύρος ρύθμισης, με ή/και χωρίς προθάλαμο παρακέντησης. Το σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει τη βαλβίδα, τον κοιλιακό και τον περιτοναϊκό καθετήρα καθώς και τα απαραίτητα συνδετικά. Απαραίτητος ο



A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	συνοδός εξοπλισμός ρύθμισης της βαλβίδας.
14	Σύστημα κοιλιοπεριτοναϊκής παροχέτευσης τεκμηριωμένης αντιμικροβιακής δράσης, για αντιμετώπιση υδροκεφαλίας, κατάλληλο για παιδιά (χαμηλού προφίλ), με προγραμματιζόμενη βαλβίδα πολλαπλών επιλογών, με μεγάλο εύρος ρύθμισης, με ή/και χωρίς προθάλαμο παρακέντησης. Το σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει τη βαλβίδα, τον κοιλιακό και τον περιτοναϊκό καθετήρα καθώς και τα απαραίτητα συνδεδετικά. Απαραίτητος ο συνοδός εξοπλισμός ρύθμισης της βαλβίδας.
15	Κοιλιακός καθετήρας τεκμηριωμένης αντιμικροβιακής δράσης, συμβατός με τους υπόλοιπους κωδικούς για τα συστήματα αντιμετώπισης υδροκεφαλίας.
16	Περιτοναϊκός καθετήρας τεκμηριωμένης αντιμικροβιακής δράσης, συμβατός με τους υπόλοιπους κωδικούς για τα συστήματα αντιμετώπισης υδροκεφαλίας.
17	Συνδεδετικά καθετήρων συστημάτων ευθεία και Υ κοιλιοπεριτοναϊκής ή κοιλιοκαρδιακής παροχέτευσης, ευθείος σχήματος.
18	Οδηγός υποδόριας τοποθέτησης περιτοναϊκού καθετήρα συστήματος κοιλιοπεριτοναϊκής παροχέτευσης, κατάλληλου μήκους για ενήλικες, 60 cm ($\pm 20\%$), με δυνατότητα προσαρμογής του σχήματος αλλά και ταυτόχρονη διατήρηση του αυλού, ώστε να διέρχεται ο καθετήρας ευχερώς.
19	Οδηγός υποδόριας τοποθέτησης περιτοναϊκού καθετήρα συστήματος κοιλιοπεριτοναϊκής παροχέτευσης, κατάλληλου μήκους για παιδιά, με δυνατότητα προσαρμογής του σχήματος αλλά και ταυτόχρονη διατήρηση του αυλού, ώστε να διέρχεται ο καθετήρας ευχερώς.
20	Σύστημα κοιλιακού καθετήρα και δεξαμενής κρανιοανάτρησης, τύπου Omapa, για ενδοκοιλιακές εγχύσεις ή παρακεντήσεις, διαφόρων διαμετρημάτων.
21	Σύστημα εξωτερικής κοιλιακής παροχέτευσης. Το σύστημα να περιλαμβάνει κοιλιακό καθετήρα τεκμηριωμένης αντιμικροβιακής δράσης, συρμάτινο οδηγό τοποθέτησης, μήκος άνω των 25 cm, απαραίτητα συνδεδετικά και σάκο συλλογής ικανής χωρητικότητας (άνω των 500 ml) και με στόμιο κένωσης.
22	Βαλβίδα σταθερής χαμηλής πίεσης.
23	Βαλβίδα σταθερής μέσης πίεσης.
24	Συστήματα οσφυϊκής εξωτερικής παροχέτευσης ENY, με σάκο τουλάχιστο 800ml, βελόνα Touohy και οσφυϊκό καθετήρα μήκους 90cm και διαμέτρου 1.6mm, σε μία συσκευασία, ενδεικτικού τύπου Fifth ventricle ή ισοδύναμο.
25	Αναλώσιμο υλικό (σωληνώσεις και ρύγχος) για υπερηχητικό αναρροφητήρα, με απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό.
26	Κλιπ (αγκιτρες) ανευρυσμάτων, από τιτάνιο, διαφόρων μεγεθών και σχημάτων, απλά ή θυριδωτά. Απαραίτητος ο συνοδός εξοπλισμός (λαβίδα τοποθέτησης και λαβίδα αφαίρεσης).
27	Σύστημα οσφυοπεριτοναϊκής παροχέτευσης τεκμηριωμένης αντιμικροβιακής δράσης, για αντιμετώπιση υδροκεφαλίας, κατάλληλο για ενήλικες (χαμηλού προφίλ), με προγραμματιζόμενη βαλβίδα χαμηλής πίεσης. Το σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει τη βαλβίδα, τον κοιλιακό και τον περιτοναϊκό καθετήρα καθώς και τα απαραίτητα συνδεδετικά. Απαραίτητος ο συνοδός εξοπλισμός ρύθμισης της βαλβίδας.
28	Σύστημα οσφυοπεριτοναϊκής παροχέτευσης τεκμηριωμένης αντιμικροβιακής δράσης, για αντιμετώπιση υδροκεφαλίας, κατάλληλο για ενήλικες (χαμηλού προφίλ), με προγραμματιζόμενη βαλβίδα μέσης πίεσης. Το σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει τη βαλβίδα, τον κοιλιακό και τον περιτοναϊκό καθετήρα καθώς και τα απαραίτητα συνδεδετικά. Απαραίτητος ο συνοδός εξοπλισμός ρύθμισης της βαλβίδας.

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ και ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ