



ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ  
ΠΛΗΡΟΦ.: Μαρία Στάικου  
ΤΗΛ.: 2313303071, 2313303067  
FAX : 2313303070

Θεσσαλονίκη, 8 Φεβρουαρίου 2018

**ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**  
**ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ**  
*(Αριθμός Αιτήματος: ΣΜ 56/2018)*

Για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ.

1. Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν **έως την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 στις 12.00** είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [maria.staikou@n3.syzefxis.gov.gr](mailto:maria.staikou@n3.syzefxis.gov.gr) με αίτηση αποδεικτικού παραλαβής, είτε σε έντυπη μορφή με φαξ στον αριθμό 2313 303070. Όποια μορφή υποβολής και αν επιλεγεί, πρέπει απαραίτητως να φέρει ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι προσφορές θα απορριφθούν). Η προθεσμία κατάθεσης προσφορών τηρείται απαρέγκλιτα. **Προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτές.**
2. Οι εκπρόσωποι των συμμετεχουσών εταιρειών εφόσον το επιθυμούν δύνανται να λάβουν γνώση του περιεχομένου των άλλων προσφορών την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και τις ώρες 9:00πμ-11:00π.μ
3. Κριτήριο για την ανάδειξη του προμηθευτή είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής για τις προσφορές που είναι σύμφωνες με τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά των αιτούμενων ειδών. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Σε περίπτωση ισοτιμίας, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προμηθευτή με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του γραφείου διαχείρισης υλικού, παρουσία των εκπροσώπων των συμμετεχουσών εταιρειών εφόσον το επιθυμούν, σε ημέρα και ώρα που θα προσδιοριστεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ.
4. Στην προσφορά, πρέπει να αναφέρεται ότι τα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα από την επόμενη ημέρα λήψης του Δελτίου Παραγγελίας.
5. Στις προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται ο αύξων αριθμός του είδους σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί, καθώς και οι Αριθμοί Μητρώου (Α.Μ) του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ, με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Σε περίπτωση μείωσης

της τιμής στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. η τιμή του μειοδότη **δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής.**

Επίσης τόσο στην προσφορά όσο και κατά την τιμολόγηση των αιτούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός GMDN και ο Κωδικός ΕΚΑΠΤΥ.

6. Πιστοποιητικά CE και τυποποιητικά έγγραφα (π.χ. πρότυπα EN ISO) θα ζητούνται κατά περίπτωση.
7. **Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Προμηθευτές για το χρονικό διάστημα από 1-01-2018 έως 30-04-2018.**
8. Τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά των αιτούμενων ειδών εκτίθενται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
1	<p><b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ</b></p> <p><b>I. Τροχήλατη καρέκλα γραφείου κατάλληλη για ιατρικά εργαστήρια</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Να είναι λειτουργική και ανατομική, κατάλληλη για πολλές ώρες χρήσης σε ιατρικό εργαστήριο.</li><li>2. Να είναι ιδιαίτερα ανθεκτική. Να αναφερθούν αναλυτικά τα κατασκευαστικά στοιχεία που της προσφέρουν μεγάλη αντοχή.</li><li>3. Να διαθέτει επίσημη πιστοποίηση ότι συμμορφώνεται σε όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας, ποιότητας και υψηλής αντοχής ενός καθίσματος.</li><li>4. Να αναφερθεί ο οίκος κατασκευής, ο τόπος του εργοστασίου κατασκευής και η προέλευση των υλικών κατασκευής.</li><li>5. Να είναι τροχήλατη και περιστρεφόμενη, με εξαιρετική σταθερότητα και ευκινησία.</li><li>6. Να μην φέρει βραχίονες</li><li>7. Να αναφερθεί το μέγιστο βάρος χρήστη. Απαιτείται να μην είναι μικρότερο των 120 κιλών.</li><li>8. Να είναι ειδικά κατασκευασμένα και επενδυμένα για χώρους εργασίας, στους οποίους υφίσταται ο κίνδυνος να λερωθεί και μάλιστα από μολυσματικά υλικά.</li><li>9. Η πλάτη και η έδρα της καρέκλας να είναι κατασκευασμένα από ικανού πάχους πολυουρεθάνη, ανθεκτική στην τριβή και την πίεση (όχι από ύφασμα) και να φέρουν ταπητσαρία από τεχνόδερμα υψηλής ποιότητας -πυράντοχη και εύ-</li></ol>

κολα καθαριζόμενη-.

10. Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής χρώματος. Να αναφερθεί το φάσμα επιλογής χρώματος χωρίς επιβάρυνση.
11. Να αναφερθεί το ύψος του καθίσματος, η διάμετρος του καθίσματος, η διάμετρος της βάσης, το σχήμα του καθίσματος, το μέγεθος και σχήμα της πλάτης.
12. Να διαθέτει υδραυλικό σύστημα αυξομείωσης του ύψους με χειρολαβή.
13. Η πλάτη να έχει εργονομική διαμόρφωση για την σωστή στήριξη της σπονδυλικής στήλης και να είναι ρυθμιζόμενη τόσο καθ' ύψος όσο και σε γωνία ανάκλισης, για μεγαλύτερη άνεση του χρήστη.
14. Η βάση να είναι μεταλλική, 5 ακτίνων, κατασκευασμένη από αλουμίνιο ή άλλο κατάλληλο μεταλλικό ανθεκτικό υλικό και να διαθέτει μικρές ανθεκτικές ρόδες με επικάλυψη από λάστιχο αρίστης ποιότητας.
15. Επιθυμητή στεφάνη στήριξης ποδιών.
16. Η προσφέρουσα εταιρεία να δηλώνει ρητά ότι παρέχει τουλάχιστον 3 χρόνια εγγύηση
17. Η προσφέρουσα εταιρεία να δηλώνει ρητά ότι παρέχει ανταλλακτικά για τουλάχιστον 6 χρόνια.
18. Στο φύλλο συμμόρφωσης να απαντηθούν τα ανωτέρω με την ίδια σειρά.

## **II. Εσκαμπό τροχήλατα, κατάλληλα για ιατρικό εργαστήριο**

1. Να έχουν κατασκευή λειτουργική και ανατομική, κατάλληλη για πολλές ώρες χρήσης σε ιατρικό εργαστήριο.
2. Να αναφερθούν αναλυτικά τα κατασκευαστικά στοιχεία που προσφέρουν μεγάλη αντοχή.
3. Να διαθέτει επίσημη πιστοποίηση ότι συμμορφώνεται σε όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας, ποιότητας και υψηλής αντοχής ενός καθίσματος.
4. Να αναφερθεί ο οίκος κατασκευής, ο τόπος του εργοστασίου κατασκευής και η προέλευση των υλικών κατασκευής.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	<p>5. Να είναι τροχήλατα και περιστρεφόμενα, με εξαιρετική σταθερότητα και ευκινησία.</p> <p>6. Να μην φέρουν βραχίονες</p> <p>7. Να αναφερθεί το μέγιστο βάρος χρήστη. Απαιτείται να μην είναι μικρότερο των 120 κιλών.</p> <p>8. Το κάθισμα (έδρα) να είναι επενδυμένο από ικανού πάχους πολυουρεθάνη, ανθεκτική στην τριβή και την πίεση (όχι από ύφασμα) και να φέρει ταπετσαρία από τεχνόδερμα υψηλής ποιότητας -πυράντοχη και εύκολα καθαριζόμενη-.</p> <p>9. Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής χρώματος. Να αναφερθεί το φάσμα επιλογής χρώματος χωρίς επιβάρυνση.</p> <p>10. Να αναφερθούν οι βαθμίδες ρύθμισης ύψους, το ελάχιστο και μέγιστο ύψος του καθίσματος, η διάμετρος του καθίσματος, η διάμετρος της βάσης, το σχήμα του καθίσματος.</p> <p>11. Να διαθέτουν υδραυλικό σύστημα αυξομείωσης του ύψους με χειρολαβή.</p> <p>12. Η βάση να είναι μεταλλική, 5 ακτίνων, κατασκευασμένη από αλουμίνιο ή άλλο κατάλληλο μεταλλικό ανθεκτικό υλικό και να διαθέτει μικρές ανθεκτικές ρόδες με επικάλυψη από λάστιχο αρίστης ποιότητας.</p> <p>13. Να φέρουν στεφάνη στήριξης ποδιών.</p> <p>14. Η προσφέρουσα εταιρεία να δηλώνει ρητά ότι παρέχει τουλάχιστον 3 χρόνια εγγύηση</p> <p>15. Η προσφέρουσα εταιρεία να δηλώνει ρητά ότι παρέχει ανταλλακτικά για τουλάχιστον 6 χρόνια.</p> <p>16. Στο φύλλο συμμόρφωσης να απαντηθούν τα ανωτέρω με την ίδια σειρά.</p>
	<p><b>III. Σταθερές καρέκλες γραφείου</b></p> <p>1. Να έχουν κατασκευή απλή, (χωρίς βραχίονες, ούτε τροχούς ούτε μηχανισμό αυξομείωσης ύψους ή περιστροφής), αλλά λειτουργική και ανατομική, κατάλ-</p>

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	<p>ληλη για πολλές ώρες χρήσης σε χώρο εργασίας, με εξαιρετική σταθερότητα.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Να αναφερθούν αναλυτικά τα κατασκευαστικά στοιχεία που προσφέρουν μεγάλη αντοχή.</li> <li>3. Να υπάρχει επίσημη πιστοποίηση συμμόρφωσης σε όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας, ποιότητας και υψηλής αντοχής ενός καθίσματος.</li> <li>4. Να αναφερθεί ο οίκος κατασκευής, ο τόπος του εργοστασίου κατασκευής και η προέλευση των υλικών κατασκευής.</li> <li>5. Να αναφερθεί το μέγιστο βάρος χρήστη. Απαιτείται να μην είναι μικρότερο των 120 κιλών.</li> <li>6. Το κάθισμα (έδρα) να είναι επενδυμένο από ικανού πάχους πολυουρεθάνη, ανθεκτική στην τριβή και την πίεση και να φέρει ταπετσαρία από ύφασμα υψηλής ποιότητας.</li> <li>7. Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής χρώματος. Να αναφερθεί το φάσμα επιλογής χρώματος χωρίς επιβάρυνση.</li> <li>8. Η βάση στήριξης να έχει 4 πόδια, όλα σε αμβλεία γωνία με το έδαφος για μεγαλύτερη σταθερότητα, κατασκευασμένα από αλουμίνιο ή άλλο κατάλληλο ανθεκτικό υλικό με μαύρη βαφή εξαιρετικής αντοχής.</li> <li>9. Η προσφέρουσα εταιρεία να δηλώνει ρητά ότι παρέχει τουλάχιστον 3 χρόνια εγγύηση</li> <li>10. Η προσφέρουσα εταιρεία να δηλώνει ρητά ότι παρέχει ανταλλακτικά για τουλάχιστον 6 χρόνια.</li> <li>11. Στο φύλλο συμμόρφωσης να απαντηθούν τα ανωτέρω με την ίδια σειρά.</li> </ol>

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ και ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ**