



ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΛΗΡΟΦ.: Μαρία Στάικου
ΤΗΛ.: 2313303071, 2313303067
FAX : 2313303070

Θεσσαλονίκη, 27 Νοεμβρίου 2017

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ-ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΛΗΨΕΩΝ ΚΕΝΟΥ
(Αριθμός Αιτήματος: ΣΜ7/2018)

Για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ.

1. Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν **έως την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 στις 12.00** είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση maria.staikou@n3.syzefxis.gov.gr με αίτηση αποδεικτικού παραλαβής, είτε σε έντυπη μορφή με φαξ στον αριθμό 2313 303070. Όποια μορφή υποβολής και αν επιλεγεί, πρέπει απαραίτητα: α) να φέρει ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ *(σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι προσφορές θα απορριφθούν)* και β) να συνοδεύεται από ηλεκτρονική υποβολή συμπληρωμένου του υπολογιστικού φύλλου (excel) που επισυνάπτεται στην παρούσα έρευνα ως ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ 1, του οποίου όλα τα ορισθέντα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά. Η προθεσμία κατάθεσης προσφορών τηρείται απαραίτητα. **Προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτές.**
2. Οι εκπρόσωποι των συμμετεχουσών εταιρειών εφόσον το επιθυμούν δύνανται να λάβουν γνώση του περιεχομένου των άλλων προσφορών την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και τις ώρες 9:00πμ-11:00π.μ
3. Κριτήριο για την ανάδειξη του προμηθευτή είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής για τις προσφορές που είναι σύμφωνες με τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά των αιτουμένων ειδών. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Σε περίπτωση ισοτιμίας, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προμηθευτή με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του γραφείου διαχείρισης υλικού, παρουσία των εκπροσώπων των συμμετεχουσών εταιρειών εφόσον το επιθυμούν, σε ημέρα και ώρα που θα προσδιοριστεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ.
4. Στην προσφορά, πρέπει να αναφέρεται ότι τα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα από την επόμενη ημέρα λήψης του Δελτίου Παραγγελίας.
5. Στις προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται ο αύξων αριθμός του είδους σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί, καθώς και οι Αριθμοί Μητρώου (Α.Μ) του Παρατηρητηρίου

Τιμών της ΕΠΥ, με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Σε περίπτωση μείωσης της τιμής στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. η τιμή του μειοδότη δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής.

Επίσης τόσο στην προσφορά όσο και κατά την τιμολόγηση των αιτούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός GMDN και ο Κωδικός ΕΚΑΠΤΥ.

6. Πιστοποιητικά CE και τυποποιητικά έγγραφα (π.χ. πρότυπα EN ISO) θα ζητούνται κατά περίπτωση.
7. **Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Προμηθευτές για το χρονικό διάστημα από 1-01-2018 έως 30-04-2018.**
8. Τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά των αιτουμένων ειδών εκτίθενται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
1	ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ-ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ χωρίς υγραντήρα με κατάλληλο ακροφύσιο για σύνδεση με μάσκα οξυγόνου
2	ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ-ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ για σύνδεση με αναπνευστήρα με παροχή 737/6
3	ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ-ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ για αναπνευστήρα τύπου FRO
4	ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ-ΚΕΝΟΜΕΤΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ρυθμιστής κενού με δοχείο 300cc, τύπου 737-6
5	ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΗ με υγραντήρα για παροχή τύπου 737/6
6	ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με υγραντήρα για παροχή τύπου FRO
7	ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ για παροχές τύπου AFNOR
8	ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ με μπίλια, με υγραντήρα 0-15 lt/m ² , τύπου EN 737-6
9	ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ CPAP 3/8 θηλυκό, 0-30lt
10	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΛΗΨΕΩΝ ΚΕΝΟΥ-ΟΞΥΓΟΝΟΥ ρυθμιστής κενού με δοχείο 300cc, τύπου 737-6
11	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΛΗΨΕΩΝ ΚΕΝΟΥ-ΟΞΥΓΟΝΟΥ για παροχές τύπου AFNOR

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ και ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ