



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΛΗΡΟΦ.: Σ.Τσιπανίδου – Σ.Κεσκετζίδου
ΤΗΛ.: 2313303293, 2313303066
FAX : 2313303070

Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2017

**ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ**

(Αριθμός Αιτήματος: ΣΤ22/2017)

Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE.

Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν **έως την Παρασκευή 21.4.2017 και ώρα 11.00 μόνο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση stella.tsipanidou@n3.syzefxis.gov.gr ή sevasti.kesketzidou@n3.syzefxis.gov.gr.**

Οι προσφορές πρέπει υποχρεωτικά α) να φέρουν **σφραγίδα και υπογραφή του Διαχειριστή της εταιρίας** και β) να συνοδεύονται από αρχείο excel συμπληρωμένο, όπως επισυνάπτεται στην παρούσα έρευνα ως ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ 1. Παρακαλώ όπως συμπληρώσετε υποχρεωτικά όλα τα ορισθέντα πεδία χρησιμοποιώντας το συνοδευτικό αρχείο excel ως έχει.

Στην προσφορά, εκτός από τον αριθμό αιτήματος (ΣΤ22/2017) θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται : α) ο αύξων αριθμός (Α/Α) του είδους σύμφωνα με τον πίνακα που παρατίθεται, β) οι Αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου Τιμών που αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά, γ) ότι τα προσφερόμενα είδη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE , δ) εάν τα είδη είναι ετοιμοπαράδοτα ε) το ελάχιστο χρονικό διάστημα παράδοσής τους από την ημέρα λήψης παραγγελίας.

Σε περίπτωση μείωσης της τιμής στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. η τιμή του μειοδότη δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής.

Επισημαίνεται ότι αν το υλικό δεν είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. οι προμηθευτές θα πρέπει επιπλέον να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία :

- ✓ GMDN
- ✓ Κωδικός Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ.

Πιστοποιητικά CE και τυποποιητικά έγγραφα (π.χ. πρότυπα EN ISO) θα ζητούνται κατά περίπτωση.

Η προθεσμία κατάθεσης προσφορών τηρείται απαρέγκλιτα και οι προσφορές πρωτοκολλώνται αυθημερόν.

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 31.8.2017.

| ΣΤ22/2017 | |
|-----------|--|
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ |
| 1 | ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ τύπου BARRAGUER με διαπερατά σημεία επαφής βλεφάρων κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι για πολλαπλές αποστειρώσεις |
| 2 | ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΨΟΥΛΟΡΗΞΗΣ τύπου TUEBINGEN κεκαμμένο 8cm κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι για πολλαπλές αποστειρώσεις |
| 3 | ΛΑΒΙΔΑ ΚΑΨΟΥΛΟΡΗΞΗΣ με εξαιρετικά λεπτεπίλεπτη κατασκευή, κεκαμμένους βραχίονες και γωνιωτά άκρα με οδοντωτή εσωτερική επιφάνεια. Το κυρίως σώμα να διαθέτει οδοντωτή εξωτερική επιφάνεια χειρισμού, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι για πολλαπλές αποστειρώσεις |
| 4 | ΛΑΒΙΔΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ τύπου COLIBRI μικρού μεγέθους (micro colibri) με εξαιρετικά λεπτεπίλεπτη κατασκευή, με κοίλους βραχίονες και γωνιωτά άκρα με μία και δύο εγκοπές έκαστο και με δυνατότητα μεταξύ τους κλειδώματος. Το κυρίως σώμα να διαθέτει σπή αποφόρτισης πίεσης, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι για πολλαπλές αποστειρώσεις. |
| 5 | ΛΑΒΙΔΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ MC-PHERSON τύπου GASKIN με γωνιωτά άκρα 9mm. Το κυρίως σώμα να διαθέτει τουλάχιστον 3 οπές αποφόρτισης πίεσης, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι για πολλαπλές αποστειρώσεις. |
| 6 | ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΠΥΡΗΝΑ τύπου MIYOSHI, με κοίλα άκρα (ατραυματικά) χωρίς γωνίες για ευθείες τομές. Το σώμα να διαθέτει γραμμωμένη επιφάνεια χειρισμού, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι για πολλαπλές αποστειρώσεις. |
| 7 | ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ τύπου BARRAGUER, κεκαμμένο χωρίς κλείδωμα. Το συνολικό μήκος του να είναι 105mm και οι άκρες χειρισμού 6mm. Το σώμα να διαθέτει γραμμωμένη επιφάνεια χειρισμού, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι για πολλαπλές αποστειρώσεις. |
| 8 | ΛΑΒΙΔΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΡΑΜΜΑΤΩΝ τύπου RAUFIQUE λεπτή, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι για πολλαπλές αποστειρώσεις. |

| | |
|----|---|
| 9 | ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΚΗ ΦΩΤΟΠΗΞΙΑ ΩΧΡΑΣ Εύρος πεδίου 70-85° Μεγέθυνση 1-1,1x Laser σποτ x0,9-1 Διπλά ασφαιρικός |
| 10 | ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗ ΦΩΤΟΠΗΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΡΑΚΩΣΗ ΡΩΓΜΩΝ Εύρος πεδίου 160-165° Μεγέθυνση 0,45-0,55x Laser σποτ x1,8-2 Διπλά ασφαιρικός |

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ και ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.



ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ