

Στοιχεία Διαβούλευσης

Ανενεργή

Δημοσιεύθηκε 04/05/2018 Τελευταία ανανέωση

Σχόλια 3

Σχόλια

Όνομα	Email	Άρθρο	Ημ/νία
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Σ ΘΕΟΔΩΡΟΥ r	sterisystems@yahoo.g	ΓΕΝΙΚ Α	19/05/201 8

Στην προηγούμενη σχετική διακήρυξη υπήρχε ο κάτωθι όρος (ο οποίος ουσιαστικά εξασφαλίζει το νοσοκομείο):
Ο υποψήφιος ανάδοχος να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο γενικής αστικής ευθύνης έργου με τις κάτωθι καλύψεις – κατ' ελάχιστον –: - ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ - ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ - ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (ΒΛΑΒΕΣ+ΥΛ. ΖΗΜ.) - ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Όνομα	Email	Άρθρο	Ημ/νία
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Σ ΘΕΟΔΩΡΟΥ r	sterisystems@yahoo.g	ΓΕΝΙΚ Α	19/05/201 8

Στην προηγούμενη σχετική διακήρυξη ο προϋπολογισμός ήταν 17.750,00 ευρώ με τον ΦΠΑ. Παρακαλούμε να παραμείνει ως έχει καθώς το φορολογικό καθεστώς στην χώρα μας, μόνο βελτίωση δεν είχε.

Όνομα	Email	Άρθρο	Ημ/νία
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Σ ΘΕΟΔΩΡΟΥ r	sterisystems@yahoo.g	ΓΕΝΙΚ Α	19/05/201 8

Στην προηγούμενη σχετική διακήρυξη, στο άρθρο "Ζ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ" υπήρχε ο κάτωθι όρος: 1. Στις υποχρεώσεις του «ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ» περιλαμβάνονται,

[Αναζήτηση
Διαβουλεύσεω
v](#)

χωρίς αυτός να δύναται να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση επιπλέον αποζημίωσης και τα ακόλουθα : 1.1. Όλα τα τυχόν απαιτούμενα υλικά, ανταλλακτικά εξαρτήματα μικροϋλικά για τις επισκευές και τα τυχόν απαιτούμενα αναλώσιμα υλικά των προβλεπόμενων ανά έτος προληπτικών συντηρήσεων και επισκευών, του προαναφερόμενου εξοπλισμού. Για τα ανταλλακτικά / αναλώσιμα που αποδεδειγμένα δεν δύναται να βρεθούν πλέον στο εμπόριο, ο ανάδοχος θα ενημερώνει σχετικά το νοσοκομείο για τις διαθέσιμες λύσεις. Η παράγραφος "Για τα ανταλλακτικά / αναλώσιμα που αποδεδειγμένα δεν δύναται να βρεθούν πλέον στο εμπόριο, ο ανάδοχος θα ενημερώνει σχετικά το νοσοκομείο για τις διαθέσιμες λύσεις" πρέπει να παραμείνει και μάλιστα να τροποποιηθεί ως εξής: "Για τα ανταλλακτικά που αφορούν το σύστημα αυτόματου ελέγχου και αποδεδειγμένα δεν δύναται να βρεθούν πλέον στο εμπόριο, ο ανάδοχος θα ενημερώνει σχετικά το νοσοκομείο για τις διαθέσιμες λύσεις οι οποίες είναι δυνατό να επιφέρουν επιπλέον χρεώσεις". Τούτο γιατί και οι 3 κλίβανοι είναι παλιοί και κάποια ανταλλακτικά που αφορούν τα συστήματα αυτόματου ελέγχου δεν διατίθενται ήδη στην αγορά εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχει λοιπόν πιθανότητα, να απαιτηθούν τροποποιήσεις το κόστος των οποίων είναι πιθανό να είναι μεγάλο και η σύμβαση να καταστεί επιζήμια για τον ανάδοχο.
