

Στοιχεία Διαβούλευσης

Ανενεργή

Δημοσιεύθηκε 16/03/2018 Τελευταία ανανέωση

Σχόλια 1

Σχόλια

Όνομα  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ

Email  
info.gr@sarstedt.com

Άρθρο ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ημ/νία  
03/04/2018

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Στο νούμερο 5 που ζητείται “να διαθέτουν οι συσκευές CE και UL”, προτείνουμε να διαθέτουν CE ή UL. Για συσκευές που θα πωληθούν στην Ελλάδα, δηλαδή εντός ΕΕ, εφαρμόζεται η πιστοποίηση CE. Η πιστοποίηση UL συνήθως απαιτείται για συσκευές που θα πωληθούν-χρησιμοποιηθούν στην Αμερική. Ως εκ τούτου υποχρέωση του κατασκευαστή υπάρχει μόνο για την πιστοποίηση CE. Στο νούμερο 8 που ζητείται “να είναι ανεμπόδιστη η λειτουργία τους σε φάσμα θερμοκρασίας χώρου 0 έως 50 βαθμούς Κελσίου και υγρασίας 10 έως 90%”, προτείνουμε τα συγκεκριμένα νούμερα να είναι κατά προσέγγιση, εφόσον πρόκειται για ακραίες θερμοκρασίες που σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να τύχει να λειτουργήσουν οι συγκεκριμένες συσκευές. Σπάτα, 3/4/2018 Για την Sarstedt M. ΕΠΕ Π. Κατσιάνης