

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

**ΘΕΜΑ :** «ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΙΝΙΣΚΩΝ ΑΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ»

Αθήνα 30/03/2018

Αξιότιμοι Κύριοι,

Με τη παρούσα και σε συνέχεια της ανωτέρω δημοσίευσης, η οποία αφορά την πρόσκληση για διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για επιτραπέζιες συσκευές συγκόλλησης πλαστικών σωληνίσκων ασκών για τις ανάγκες του Κέντρου αίματος ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι παραθέτουμε στην παρούσα επιστολή, τις παρατηρήσεις μας επι των τεχνικών προδιαγραφών για τα υπό προμήθεια είδη:

- Στην προδιαγραφή με α/α 5 ζητείται: **«Να διαθέτουν CE & UL».**

Για την κυκλοφορία των συσκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση η σήμανση που απαιτείται είναι η σήμανση CE. Η σήμανση UL απαιτείται σε άλλες χώρες (κυρίως Αμερική) και δεν είναι υποχρεωτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς για λόγους ευρύτερου ανταγωνισμού προτείνουμε όπως η συγκεκριμένη προδιαγραφή αλλάξει ως εξής:

**«Να διαθέτουν CE»**

- στην προδιαγραφή με α/α 8 ζητείται: **«να είναι ανεμπόδιση η λειτουργία τους σε φάσμα θερμοκρασίας χώρου 0° C έως 50° C και υγρασίας 10 έως 90%»**



**RONTIS HELLAS A.E.B.E**

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

**ΚΕΝΤΡΙΚΑ:** Σωρού 38, Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι, Αθήνα - Τ: 210 6109090 - F: 210 6108748


**ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:** Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας, 410 04 Λάρισα - Τ.Θ. 3012 - Τ: 2410 541489 - F: 2410 541490

**ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:** 11ο χλμ Θεσσαλονίκης- Μουδανίων - ΤΚ 57001 Θέρμη - Τ: 2310 477122 - F: 2310 477130

**infohellas@rontis.com - www.rontis.gr**

Τα αναφερόμενα όρια προσδιορίζουν εξαιρετικά ακραίες συνθήκες. Ακόμα και αν στο χώρο τον οποίο θα βρίσκονται οι συσκευές επιτευχθούν τέτοιες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας δεν θα είναι δυνατόν να εργάζεται το προσωπικό. Συνεπώς για λόγους ευρύτερου ανταγωνισμού προτείνουμε όπως η συγκεκριμένη προδιαγραφή αλλάξει ως εξής:

**«να είναι ανεμπόδιστη η λειτουργία τους σε φάσμα θερμοκρασίας χώρου 10° C έως 40° C και υγρασίας 10 έως 70%»**

Με εκτίμηση,  
  
Ολγα Λάρδα  
Διευθύντρια Τμ. Αιμοφαίρεσης/ Αιμοδοσίας  
& Ενδοσκοπικών Προϊόντων

RONTIS HELLAS A.E.B.E.  
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ  
ΣΩΡΟΥ 38 - 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ  
ΤΗΛ.: 210 6109090 - FAX: 210 6108748  
ΑΦΜ: 095335610 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 44028/01ΑΤ/Β/99/353



## RONTIS HELLAS A.E.B.E

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

**ΚΕΝΤΡΙΚΑ:** Σωρού 38, Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι, Αθήνα - Τ: 210 6109090 - F: 210 6108748

**ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:** Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας, 410 04 Λάρισα - Τ.Θ. 3012 - Τ: 2410 541489 - F: 2410 541490

**ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:** 11ο χλμ Θεσσαλονίκης- Μουδανίων - ΤΚ 57001 Θέρμη - Τ: 2310 477122 - F: 2310 477130

infohellas@rontis.com - www.rontis.gr