

ΑΧΕΠΑ-Γρ.Προμηθειών - Αραβίδου Π.

Από: Κασιανή Νάνου <knanou@emedgroup.gr>
Αποστολή: Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018 1:31 μμ
Προς: aravidou.paraskevi@n3.syzefxis.gov.gr
Θέμα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ΕΩΣ 10/04/2018
Συνημμένα: 05_04_18 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Ν. ΕΠΙΜΕΝΤ.pdf

Η εταιρεία μας συνημμένα σας υποβάλει τις παρατηρήσεις της στην Πρόσκληση Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών
Για Συγκολλητή ασκών η οποία έχει ημ.νία λήξεως στις 110/04/2018.

Πάντοτε στην διάθεσή σας για κάθε πληροφορία – διευκρίνιση.

- FAX210-6926371
ΑΦΜ: 999723663
ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ



Λ. Ριανκούρ 64, 115 23 Αθήνα
☎ +30 210 69 26 370
info@emedgroup.gr

Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

Αριθ. Πρωτ. 15830
Ημ. Παραλαβής 11/4/18
Αρμ. Υπάλληλος
ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Η/Υ

Σει. Προμηθειών
11/4/2018
J



Προς,
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΧΕΠΑ»
ΣΤΥΛΠΩΝΟΣ-ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 1
546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γραφείο Προμηθειών

Αθήνα, 05/04/2018, εξ965/ΚΤ/ΠΚ/ΜΚκν

ΑΦΟΡΑ : Πρόσκληση - Δημόσια Διαβούλευση (με αρ. πρωτ. 11453/12-03/18) επί των Τεχνικών προδιαγραφών για Φορητών συγκολλητών πλαστ. Σωλήνων ασκών έως 10/04/2018.

Κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή σας παραθέτουμε τις επισημάνσεις της εταιρείας μας σχετικά με την πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Φορητών συγκολλητών πλαστ. Σωλήνων ασκών».

Προδιαγραφή 13

Σας προτείνουμε να διαμορφωθεί ως εξής:
"Να εξασφαλίζει τμηματοποίηση με ερμητική σφράγιση των τμημάτων πλαστικών σωλήνων εξωτερικής διαμέτρου που καλύπτει όλους τύπους ασκών", προκειμένου να αναπτυχθεί ανταγωνισμός όσο το δυνατό περισσότερων εταιρειών.

Προδιαγραφή 10

"Να είναι ανεμπόδιστη η λειτουργία τους σε φάσμα θερμοκρασίας χώρου 0 έως 50 βαθμούς κελσίου και υγρασίας 10-90%"

Προτείνουμε να διορθωθεί ως εξής:

Να μπορεί να λειτουργήσει σε συνθήκες θερμοκρασίας από 10 έως 40 βαθμούς κελσίου και 15-90% υγρασίας χώρου .

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως εκ των πραγμάτων στην χώρα μας οι κλιματολογικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την δημιουργία θερμοκρασιών της τάξης των 50 βαθμών κελσίου, θεωρούμε πως η προδιαγραφή πρέπει να διαμορφωθεί σύμφωνα με τα παραπάνω και να υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής όσο το δυνατό περισσότερων εταιρειών στον επικείμενο διαγωνισμό.

