



ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ  
ΠΛΗΡΟΦ.: Α.ΡΟΚΑ  
ΤΗΛ.: 2313303067, 2313303071  
FAX : 2313303070

Θεσσαλονίκη, 03.1.2018

**ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ**

*(Αριθμός Αιτήματος: N32/2018)*

Για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ.

1. Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν **έως την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 στις 12.00** είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **natasa.roka@n3.syzefxis.gov.gr** με αίτηση αποδεικτικού παραλαβής, είτε σε έντυπη μορφή με φαξ στον αριθμό 2313 303070. Όποια μορφή υποβολής και αν επιλεγεί, πρέπει απαραίτητως: α) να φέρει ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι προσφορές θα απορριφθούν) και β) να συνοδεύεται από ηλεκτρονική υποβολή συμπληρωμένου του υπολογιστικού φύλλου (excel) που επισυνάπτεται στην παρούσα έρευνα ως ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ 1, του οποίου όλα τα ορισθέντα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά. Η προθεσμία κατάθεσης προσφορών τηρείται **απαρέγκλιτα. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτές.**
2. Οι εκπρόσωποι των συμμετεχουσών εταιρειών εφόσον το επιθυμούν δύνανται να λάβουν γνώση του περιεχομένου των άλλων προσφορών την **επόμενη εργάσιμη ημέρα** από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και **τις ώρες 9:00πμ-11:00π.μ**
3. Κριτήριο για την ανάδειξη του προμηθευτή είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής για τις προσφορές που είναι σύμφωνες με τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά των αιτουμένων ειδών. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Σε περίπτωση ισοτιμίας, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προμηθευτή με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του γραφείου διαχείρισης υλικού, παρουσία των εκπροσώπων των συμμετεχουσών εταιρειών εφόσον το επιθυμούν, σε ημέρα και ώρα που θα προσδιοριστεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ.
4. Στην προσφορά, πρέπει να αναφέρεται ότι τα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα από την επόμενη ημέρα λήψης του Δελτίου Παραγγελίας.
5. Στις προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται ο αύξων αριθμός του είδους σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί, καθώς και οι Αριθμοί Μητρώου (Α.Μ) του Παρατηρητηρίου

Τιμών της ΕΠΥ, με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Σε περίπτωση μείωσης της τιμής στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. η τιμή του μειοδότη δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής.

Επίσης τόσο στην προσφορά όσο και κατά την τιμολόγηση των αιτούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός GMDN και ο Κωδικός ΕΚΑΠΤΥ.

6. Πιστοποιητικά CE και τυποποιητικά έγγραφα (π.χ. πρότυπα EN ISO) θα ζητούνται κατά περίπτωση.
7. **Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Προμηθευτές για το χρονικό διάστημα από 1.1.2018 έως 30.4 2018**
8. Τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά των αιτουμένων ειδών εκτίθενται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ. 5FR,6FR,7FR,8FR εισαγωγείς οδηγών συρμάτων και καθετήρων (θηκάρια) πολυαιθυλενίου · να διαθέτουν πιστοποιητικά ασφαλείας CE · να διατίθενται ως πλήρες σύνολο με: a) βελόνα παρακέντησης b) συρμάτινο οδηγό με ευθύ και κυρτό άκρο και c) διαστολέα · να έχουν αιμοστατική βαλβίδα και πλαϊνό σωληνίσκο 3-way διάμετρος: 4-9fr, μήκος: 11-23cm
2	ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ. 7FR 45cm,8FR 45cm και 65cm μακριά θηκάρια (εισαγωγείς) οδηγών συρμάτων και καθετήρων, με μεταλλική περιέλιξη για διέλευση από ελκωμένα αγγεία · να διαθέτουν πιστοποιητικά ασφαλείας CE · να διαθέτουν αιμοστατική βαλβίδα και διαστολέα διάμετρος: 5-10fr, μήκος: 45 cm
3	ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ. 0,035'' 180cm stiff J υδρόφιλα οδηγά σύρματα αγγειοπλαστικής με πυρήνα nitinol και επικάλυψη πολυουρεθάνης και βολφραμίου standard και stiff, σε διαμέτρους 0,018'' και 0,035'' και μήκη 150cm ,180cm και 260cm
4	ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ. 0,014'' 180cm , 0,018'' 180cm οδηγά σύρματα αγγειοπλαστικής ,κατάλληλα για χρήση σε μεσαία και μικρά αγγεία . · να διαθέτουν πιστοποιητικά ασφαλείας CE · να είναι από χειρουργικό ατσάλι ή νιτινόλη διάμετρος: 0,014'' - 0,018'', μήκος: 150-300cm
5	ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ. 0,035'' 180cm , 0,035'' 260cm

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	πολύ σκληρά οδηγά σύρματα για προώθηση ενδοαυλικών μοσχευμάτων σε ελικοειδή αγγεία
	· να διαθέτουν πιστοποιητικά ασφαλείας CE
	· να είναι ειδικά σύρματα (super stiff)
	διάμετρος: 0,035", μήκος: 180cm & 260cm
6	<b>ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ. 7FR JR4</b>
	οδηγοί καθετήρες αγγειοπλαστικής περιφερικών αγγείων 6,7 και 8F μεγάλου εσωτερικού αυλού
	· να διαθέτουν μαλακό, ατραυματικό και ακτινοσκιερό άκρο από εύκαμπτο πολυμερές για άριστη διατήρηση της καμπύλης του καθετήρα και τη στήριξη του
	· το σώμα του καθετήρα να διαθέτει ενίσχυση διπλού εσωτερικού πλέγματος στρογγυλεμένου σύρματος από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel) & ακτινοσκιερό βολφράμιο (tungsten) για μεγιστοποίηση της ακτινοσκιερότητας & ελαχιστοποίηση των διπλωμάτων του καθετήρα
	· να έχει εσωτερική επικάλυψη από PTFE για ελαχιστοποίηση των τριβών και για ομαλότερη δίοδο και τοποθέτηση των διαφόρων επεμβατικών συσκευών
	· να διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία καμπυλών άκρου προσφέροντας μεγάλο εύρος επιλογών στο χρήστη σε μήκη 55cm και 90cm
7	<b>ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 40X4mm 40X8mm 40X5mm 40X9mm 80X5mm</b>
	αεροθάλαμοι αγγειοδιαστολής υψηλών πιέσεων (>20atm), μη ενδοτικοί(non-compliant), περιφερικών αγγείων.
	· να διαθέτουν πιστοποιητικά ασφαλείας CE
	· με χαμηλό προφίλ άκρου/προσπέλασης
	· με ή χωρίς υδρόφιλη επικάλυψη
	· με βραχύ χρόνο πλήρωσης/αποπλήρωσης μπαλονιού
	· συμβατοί με σύρμα 0,035"
	διάμετρος: 3-12mm, μήκος: 2-20cm, μήκος καθετήρα: 40-135cm
8	<b>ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 20X5mm</b>
	αεροθάλαμοι αγγειοδιαστολής υψηλών πιέσεων-διαστολικός καθετήρας-μπαλόني ενός χειριστή(monogaill), μέσης ενδοτικότητας, εξαιρετικά χαμηλού προφίλ,
	κατάλληλοι για επεμβατικές διαδικασίες σε καρωτίδες, νεφρικές αρτηρίες καθώς και σε άλλες μικρότερες αρτηρίες,
	υβριδικός σχεδιασμός φέροντος καθετήρα για εξαιρετική ευελιξία προσπέλασης καθώς και για προωθησιμότητα.
	μήκος καθετήρα: 90, 140 και 150cm
	συμβατοί με σύρμα 0,014" και 0,018"
	διάμετρος: 1,5-10mm
	μήκη: 1,5-15cm, με δυνατότητα εφαρμογής πίεσης μέχρι 14atm
9	<b>ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ</b>
	σύριγγες με ενσωματωμένο μανόμετρο, μιας χρήσης, αναλογικής ένδειξης, χωρητικότητας 30cc, 1-30atm και 3way υψηλών πιέσεων

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ και ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ**