



ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: Σ. ΤΣΙΠΑΝΙΔΟΥ

ΤΗΛ.: 2313 303064
FAX : 2313 303060
e-mail : stella.tsipanidou@n3.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

υπ' αριθμ. 86/2017

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, σε συνέχεια:

Α) Της υπ' αριθ. 893/2017 απόφασης του Διοικητή (ΑΔΑ: ΨΨΚΨ469064-1Α5) και
Β) Της υπ' αριθ. 2412/2017 απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ39Ζ469064-ΣΣΟ),
προτίθεται να προβεί στην **εφόραξ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ** του είδους που σημειώνεται στον παρακάτω Πίνακα.
Προς το σκοπό αυτό, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση προς κάθε Οικονομικό Φορέα που ενδιαφέρεται
να υποβάλει οικονομοτεχνική προσφορά, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ:	<i>Προμήθεια πέντε (5) τροχήλατων φορείων μεταφοράς ασθενών και δώδεκα (12) τροχήλατων καρτσιών μεταφοράς ασθενών</i>																		
Κατηγορία CPV	33192160-1 Φορεία 34000000-7 Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς																		
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	<table border="1"><thead><tr><th>ΕΙΔΟΣ</th><th>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</th><th>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) ΜΕ ΦΠΑ (24%)</th><th>ΚΑΕ</th></tr></thead><tbody><tr><td>Τροχήλατα φορεία μεταφοράς ασθενών</td><td>5.000,00</td><td>6.200,00</td><td>9749</td></tr><tr><td>Τροχήλατα καρτσια μεταφοράς ασθενών</td><td>2.400,00</td><td>2.976,00</td><td>9749</td></tr><tr><td>ΣΥΝΟΛΟ</td><td>7.400,00</td><td>9.176,00</td><td></td></tr></tbody></table>	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) ΜΕ ΦΠΑ (24%)	ΚΑΕ	Τροχήλατα φορεία μεταφοράς ασθενών	5.000,00	6.200,00	9749	Τροχήλατα καρτσια μεταφοράς ασθενών	2.400,00	2.976,00	9749	ΣΥΝΟΛΟ	7.400,00	9.176,00			
ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) ΜΕ ΦΠΑ (24%)	ΚΑΕ																
Τροχήλατα φορεία μεταφοράς ασθενών	5.000,00	6.200,00	9749																
Τροχήλατα καρτσια μεταφοράς ασθενών	2.400,00	2.976,00	9749																
ΣΥΝΟΛΟ	7.400,00	9.176,00																	
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:	<p><i>Σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>➤ Ο τίτλος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 86/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΡΤΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ»</i><i>➤ Τα στοιχεία της εταιρείας</i><i>➤ Η διευκρίνιση: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ»</i> <p><i>Ο φάκελος πρέπει να κατατεθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου, επί της οδού Στίλπωνος Κυριακίδη 1, ΤΚ 546 36 Θεσσαλονίκη.</i></p>																		
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:	<p><i>Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινά με την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης.</i></p> <p><i>Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Δευτέρα 4/12/2017 και ώρα 14:00, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου.</i></p>																		



	<p>Προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνουν δεκτές. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών τηρείται απαρέγκλιτα.</p>																											
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	<p>Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none">– Την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, δηλαδή τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος και– Την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, με Πίνακα της μορφής: <table border="1"><thead><tr><th>Α/Α</th><th>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ</th><th>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ</th><th>ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ</th><th>Κ.ΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ.Μ.</th><th>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</th><th>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) ΜΕ ΦΠΑ 24%</th><th>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)</th><th>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) ΜΕ ΦΠΑ</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Τροχήλατα φορεία μεταφοράς ασθενών</td><td>TEM</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td>5.000,00</td><td>6.200,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Τροχήλατα καρότσια μεταφοράς ασθενών</td><td>TEM</td><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td>2.400,00</td><td>2.976,00</td></tr></tbody></table> <p>όπου:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ.➤ Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση και εγκατάσταση των ειδών ελεύθερων στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα Πρόσκληση.➤ Σε ιδιαίτερη στήλη θα πρέπει να αναγράφεται ο αναλογούν ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από το Νοσοκομείο.➤ Για τη σύγκριση των Προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς ΦΠΑ.➤ Η τιμή της προσφοράς για κάθε κωδικό είδους της Πρόσκλησης να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα αξία του είδους. <p>Επίσης, η προσφορά θα πρέπει να φέρει ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ του νόμιμου εκπροσώπου.</p>	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ	Κ.ΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ.Μ.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) ΜΕ ΦΠΑ 24%	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) ΜΕ ΦΠΑ	1	Τροχήλατα φορεία μεταφοράς ασθενών	TEM	5				5.000,00	6.200,00	2	Τροχήλατα καρότσια μεταφοράς ασθενών	TEM	12				2.400,00	2.976,00
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ	Κ.ΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ.Μ.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) ΜΕ ΦΠΑ 24%	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) ΜΕ ΦΠΑ																				
1	Τροχήλατα φορεία μεταφοράς ασθενών	TEM	5				5.000,00	6.200,00																				
2	Τροχήλατα καρότσια μεταφοράς ασθενών	TEM	12				2.400,00	2.976,00																				
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:	<p>Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 5/12/2017 και ώρα 10:00, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής και παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, εφόσον το επιθυμούν.</p>																											
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ– ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	<p>Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών και συντάσσει πρακτικό με το οποίο προτείνει την κατακύρωση σε συγκεκριμένο ανάδοχο.</p> <p>Το Πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών κοινοποιείται σε κάθε προσφέροντα, και καλείται ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει εντός προθεσμίας, <u>δέκα (10) ημερών</u>, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Ο τίτλος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 86/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ»➤ Τα στοιχεία της εταιρείας➤ Η διευκρίνιση: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ» <p>και θα περιέχει:</p> <p>α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου</p>																											



	<p>πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.</p> <p>β. Πιστοποιητικά της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Τα πιστοποιητικά να έχουν ημερομηνία λήξης μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.</p> <p>γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση. Τα πιστοποιητικά να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.</p> <p>δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους/αντικείμενο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας το οποίο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης. Επίσης, να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.</p> <p>Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, το οποίο μαζί με το Πρακτικό αξιολόγησης επικυρώνεται με σχετική Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου.</p>
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.
ΤΡΟΠΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Η Παράδοση των ειδών θα γίνει εφάπαξ ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής στην αποθήκη υλικού του Νοσοκομείου. Ο Προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα είδη εντός 10 ημερών από την αποστολή του δελτίου παραγγελίας από το Νοσοκομείο.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για 120 ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:	Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται: <ul style="list-style-type: none">• Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)• Στην ιστοσελίδα του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ (www.ahepahosp.gr)

Θεσσαλονίκη, 24-11-2017

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ****ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΔΩΔΕΚΑ (12) ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ****ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΦΟΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ**

- Το φορείο να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Να είναι καινούριο αμεταχειριστο, σύγχρονης τεχνολογίας, απλό στη χρήση και μεγάλης αντοχής.
- Όλα τα μεταλλικά μέρη του φορείου να είναι επεξεργασμένα.
- Η όλη κατασκευή του φορείου να είναι στιβαρή και το φινιρίσμα του άψογο.
- Να έχει επιφάνεια δύο τμημάτων.
- Να έχει διαστάσεις μήκος 190cm και φάρδος 60cm
- Η βάση του φορείου να είναι διατομής 50X30 και να είναι σε σχήμα διπλού ΗΤΑ
- Το φορείο να αυξομειώνεται από 55 έως 90cm περίπου (χωρίς το στρώμα), με μηχανισμό ελαιοδυναμικής υδραυλικής αντλίας χειριζόμενης με ποδομοχλό.
- Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι επενδυμένη με λαμαρίνα.
- Να φέρει κάγκελα προστασίας και από τις δύο πλευρές που δεν εμποδίζουν την πρόσβαση στην επιφάνεια κατάκλισης (τα κάγκελα κατεβασμένα να μην είναι σε υψηλότερο επίπεδο από την επιφάνεια κατάκλισης) να ασφαλίζουν με χειροκίνητο σύστημα που θα υπάρχει στην κάτω πλευρά του προστατευτικού.
- Το ερεσινωτό της πλάτης να είναι διατομής 30X30.
- Να διαθέτει ανάκλιση πλάτης έως 90° περίπου η ρύθμιση της οποίας γίνεται με διπλό οδοντωτό οδηγό (σκαλιέρα) επικαλυμμένο με πλαστικό νάιλον για αθόρυβη λειτουργία.
- Να δύναται να μεταφέρει ασθενείς μέχρι 200Kg εκτελώντας όλες τις παραπάνω κινήσεις.
- Να φέρει δύο λαβές (μπάρες) ώθησης στα πόδια και στο κεφάλι για ευκολότερη μεταφορά.
- Να φέρει τέσσερις τροχούς, αθόρυβους με ελαστικό πέλμα, περιστρεφόμενους με ανεξάρτητο φρένο στον κάθε τροχό.
- Στις τέσσερις γωνίες του μεταλλικού σκελετού να υπάρχουν προσκρουστήρες ελαστικοί περιστρεφόμενοι από υλικό υψηλής αντοχής.
- Διαθέτει στις δύο γωνίες από την πλευρά της ανάκλισης θέσεις ενισχυμένης στήριξης στατώ ορού. Η θέση στήριξης του στατώ να μην είναι απευθείας πάνω στο πλαίσιο του φορείου αλλά κολλημένη σταθερά, στο πλάι με ανοξείδωτο υλικό.
- Να φέρει βέργα στατώ ορού με δύο τουλάχιστον άγκιστρα.
- Να φέρει θέση τοποθέτησης φιάλης οξυγόνου διαμέτρου τουλάχιστον 16cm κάτω από το φορείο.
- Να διαθέτει στρώμα αδιάβροχο, αντιβακτηριδιακό, προσθαφαιρούμενο πάχους τουλάχιστον 5cm.
- Το προσφερόμενο είδος να φέρει σήμανση CE



- Να φέρουν ειδική πινακίδα με τα διακριτικά του νοσοκομείου, του Τμήματος και αρίθμηση * σε εμφανή σημείο του φορείου.
- Επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να φέρει σήμανση CE, και να συνοδεύεται από την δήλωση συμμόρφωσης κατασκευαστή (Certificate of Conformity), τις απαιτούμενες επισημάνσεις και οδηγίες χρήσης στην ελληνική.
- Επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να συνοδεύεται από 2ετή γραπτή εγγύηση.
- Ο κατασκευαστής του φορείου πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO, ο δε προμηθευτής του φορείου πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει αντίγραφο του πιστοποιητικού ISO του κατασκευαστή.
- Ο προμηθευτής πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να δηλώσει υπεύθυνα τον επίσημο επισκευαστή του φορείου, καθώς επίσης και να δεσμευθεί γραπτώς (με υπεύθυνη δήλωση) για την διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τα επόμενα 5 (πέντε) έτη.
- Οι ρόδες του φορείου πρέπει να είναι τουλάχιστον διαμέτρου 150χιλ.

*Η αρίθμηση θα γίνει μετά από συνεννόηση με τη Νοσηλευτική Υπηρεσία.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

1. Η καρέκλα να είναι μεταλλική και ηλεκτροστατικά βαμμένη.
2. Να φέρει συμπαγείς βαρέως τύπου τροχούς.
3. Οι πίσω ρόδες να έχουν διάμετρο τουλάχιστον 600mm με συμπαγή λάστιχα από υλικό υψηλής αντοχής, ενώ οι μπροστά να έχουν διάμετρο τουλάχιστον 200mm, με συμπαγή λάστιχα και περιστρεφόμενες.
4. Να φέρει φρένα στους πίσω τροχούς.
5. Να είναι σταθερά μη πτυσσόμενα και στη πλάτη να φέρει χειρολαβές για την οδήγηση του.
6. Να διαθέτει πέλματα (υποπόδια) μεταλλικά με δυνατότητα αναδίπλωσης για την διευκόλυνση της προσέγγισης ή της απομάκρυνσης του ασθενούς.
7. Οι διαστάσεις της πλάτης να είναι τουλάχιστον 45X50cm και του καθίσματος 45X45cm.
8. Η έδρα και η πλάτη της καρέκλας να είναι από σκληρό υλικό υψηλής αντοχής επενδυμένο με αφρολέξ και δερματίνη, σε αδυναμία τήρησης των αναφερομένων στο Νο8, τουλάχιστον μόνο ή έδρα να είναι από σκληρό υλικό υψηλής αντοχής επενδυμένο με αφρολέξ και δερματίνη.
9. Η έδρα και η πλάτη να έχουν στηρίγματα ώστε να αντέχουν τους υπέρβαρους ασθενείς.
10. Να φέρει μπράτσα και από τις δύο πλευρές επενδυμένα με ισχυρής αντοχής μαλακό και αφιδρωτικό υλικό.
11. Να διαθέτει θέσεις για στατό ορών σταθερά αριστερά και δεξιά καθώς και βέργα στατό ορού.
12. Να φέρει επίσης θέση για φιάλη οξυγόνου διαμέτρου τουλάχιστον 16cm πίσω από το κάθισμα.



13. Να φέρουν ειδική πινακίδα με τα διακριτικά του νοσοκομείου, του Τμήματος και αρίθμηση* στα Πλαϊνά του τροχήλατου.
14. Το προσφερόμενο είδος να φέρει CE MARK
15. Το τροχήλατο καρότσι επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να συνοδεύεται από 2ετή γραπτή εγγύηση.
16. Ο προμηθευτής πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να δηλώσει υπεύθυνα τον επίσημο επισκευαστή του τροχήλατου καροτσιού, καθώς επίσης και να δεσμευθεί γραπτώς (με υπεύθυνη δήλωση) για την διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τα επόμενα 5 (πέντε) έτη.
17. Το τροχήλατο καρότσι επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να φέρει σήμανση CE, και να συνοδεύεται από την δήλωση συμμόρφωσης κατασκευαστή (Certificate of Conformity), τις απαιτούμενες επισημάνσεις και οδηγίες χρήσης στην ελληνική.
18. Ο κατασκευαστής του τροχήλατου καροτσιού, πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO, ο δε προμηθευτής του τροχήλατου καροτσιού πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει αντίγραφο του πιστοποιητικού ISO του κατασκευαστή.
19. Το τροχήλατο καρότσι επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να δύναται να μεταφέρει ασθενείς με βάρος έως και 130Kgr παραμένοντας πλήρως λειτουργικό.
20. Οι πίσω ρόδες του τροχήλατου καροτσιού να είναι τύπου ποδηλάτου (με λεπτές ασάλινες ακτίνες και όχι με πλαστικές ακτίνες) με δυνατότητα επισκευής (ακτινολόγηση).
21. Το κεντρικό ρουλεμάν έδρασης των πίσω τροχών του τροχήλατου καροτσιού να είναι κωνικού τύπου με δυνατότητα ρύθμισης και όχι με σταθερό ρουλεμάν.

*Η αρίθμηση θα γίνει μετά από συνεννόηση με τη Νοσηλευτική Υπηρεσία.

Ο προμηθευτής, εφόσον κριθεί απαραίτητο, υποχρεούται να φέρει για επίδειξη και δοκιμή το προσφερόμενο είδος.

Σημείωση: Η επιτροπή αξιολόγησης θα εκτιμήσει τα επιπλέον χαρακτηριστικά που τυχόν θα διαθέτουν τα προσφερόμενα είδη.

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ - ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ