

Στοιχεία Διαβούλευσης

Ανενεργή

Δημοσιεύθηκε 08/10/2018 Τελευταία ανανέωση 10/10/2018

Σχόλια 1

Σχόλια

| Όνομα | Email | Άρθρο | Ημ/νία |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ Σ ΑΕ | sales.thes@mavrogenis.co m | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ Σ | 12/10/201 8 |

ΠΡΟΣ ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΧΕΠΑ» ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠ' ΟΨΙΝ: Επιτροπής Σύνταξης
Τεχνικών Προδιαγραφών Διαγωνισμών ΠΠΦΥ 2014
Τμήμα Προμηθειών ΑΦΟΡΑ: Προτάσεις 2ης
Διαβούλευσης «ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ»
CPV3314000-3 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 2ης
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ»
CPV3314000-3. Αξιότιμοι, Σε συνέχεια της ανάρτησης
για την 2η διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την
προμήθεια «Πλεγμάτων Κοιλιοκήλης» CPV 3314000-3,
θα θέλαμε να κάνουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις: Στους
Α/Α 44 έως και 61 ζητούνται: «Διάφορα Πλέγματα
Βουβωνοκηλών». Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός αφορά
επιμέρους είδη «Πλέγματα Κοιλιοκήλης» ενώ έχει και
περιορισμένο προϋπολογισμό. Επίσης είναι γνωστό ότι τα
πλέγματα κοιλιοκήλης είναι σημαντικά ακριβότερα σε
σύγκριση με πλέγματα βουβωνοκήλης, κυρίως λόγω των
εξειλιγμένων τεχνικών χαρακτηριστικών τους, όπως
αντισυμφοητικές μεμβράνες, τσέπες καθήλωσης,
βακτηριοστατικά, κ.α. Προτείνεται, για λόγους οικονομίας
όπως επίσης και επάρκειας ποσοτήτων να αφαιρεθούν οι
τεχνικές προδιαγραφές για τα πλέγματα βουβωνοκηλών
που περιγράφονται στους Α/Α 44 έως και 61. Στους Α/Α
35 έως και 39 ζητούνται: «Διάφορα Καθηλωτικά
Πλεγμάτων». Προτείνουμε να προστεθούν δύο νέοι Α/Α
στους οποίους θα περιγράφεται ένα νέας τεχνολογίας

[Αναζήτηση](#)
[Διαβουλεύσεων](#)
v

εργαλείο καθήλωσης πλεγμάτων το οποίο διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα. Το προτεινόμενο εργαλείο διαθέτει δύο χαρακτηριστικά τα οποία είναι, η δυνατότητα άρθρωσης του έως και 50 μοίρες για ευκολότερη καθήλωση και η δυνατότητα υποδοχής ανταλλακτικών κεφαλών. Τα χαρακτηριστικά τα οποία το καθιστούν πιο οικονομικό είναι: Πρώτον, κατά την τοποθέτηση πλέγματος κοιλιοκήλης χρειάζεται η τοποθέτηση επιπλέον τροκάρ για την καθήλωση του πλέγματος στην πλευρά εκείνη από την οποία γίνεται η χρήση του εκάστοτε καθηλωτικού εργαλείου. Με το προτεινόμενο εργαλείο δεν απαιτείται η τοποθέτηση επιπλέον τροκάρ, καθώς λόγω της άρθρωσης του ο χειρουργός έχει την δυνατότητα από ένα και μόνο τροκάρ να καθηλώσει οποιοδήποτε πλέγμα ανεξαρτήτου μεγέθους εξασφαλίζοντας έτσι χρόνο, μεγαλύτερη ασφάλεια και οικονομία. Δεύτερον, το προτεινόμενο εργαλείο δέχεται ανταλλακτικές κεφαλές με δέκα απορροφήσιμα κλιπ, χαρακτηριστικό το οποίο μπορεί να μειώσει το κόστος χρήσης. Εάν για την τοποθέτηση ενός μεγάλου πλέγματος χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν 40 κλιπ καθήλωσης, ανοίγεται για χρήση και δεύτερο εργαλείο (με 30 κλιπ συνήθως) από το οποίο τα μη χρησιμοποιούμενα κλιπ περισσεύουν και πετιούνται μαζί με το εργαλείο. Στο προτεινόμενο καθηλωτικό υπάρχει η δυνατότητα υποδοχής ανταλλακτικών κεφαλών, μικρότερου κόστους σε σχέση με το εργαλείο, με δέκα προφορτωμένα κλιπ, εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη οικονομία. Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνουμε να προστεθούν οι παρακάτω περιγραφές: A/A.. Αρθρούμενο επαναφορτιζόμενο καθηλωτικό πλέγματος 5 χιλ. με 30 απορροφήσιμα ελικοειδή κλιπ, με δυνατότητα άρθρωσης του εργαλείου καθήλωσης έως και 50 μοίρες για ευκολότερη καθήλωση, και δυνατότητα λήψης ανταλλακτικών κεφαλών των 10 (δέκα) απορροφήσιμων κλιπς. A/A.. Ανταλλακτικές κεφαλές για το παραπάνω καθηλωτικό με 10 ελικοειδή απορροφήσιμα κλιπς. Στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και πληροφορία.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ ΓΚΙΩΝΑΣ 1Α,
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΚ. Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΛ: 2310
474-299
