

Στοιχεία Διαβούλευσης **Ανενεργή**

Δημοσιεύθηκε 20/03/2017 Τελευταία ανανέωση 28/03/2017

Σχόλια 2

ΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Τ.Π. Φιαλίδια αίματος

Δημοσιεύθηκε 20/03/2017 Τελευταία ανανέωση 28/03/2017 Ημ/νία Λήξης 04/04/2017

Μοναδικός Κωδικός 17DIAB000000697

Εξαπίας τεχνικού προβλήματος την 27.03.2017

παρατείνεται η διαβούλευση κατά μια ημέρα

=====

Σχόλια

Όνομα ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε.	Email magiras@magiras.gr	Άρθρο Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού φιαλιδίων	Ημ/νία 31/03/201 7
---	------------------------------------	---	--------------------------

Κύριοι, Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα σας για διαβούλευση από την υπηρεσία σας, σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 65/17-7-2015/21-7-2015 απόφασης της Ε.Π.Υ, προδιαγραφών και προτύπων, σας υποβάλουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις: Στον επισυναπτόμενο Πίνακα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών, υπάρχει μία στήλη με αύξοντες αριθμούς του Παρατηρητηρίου Τιμών. Επισημαίνουμε ότι κάποιες από αυτές είναι καταχωρημένες λανθασμένα και παραθέτουμε πίνακα με την ορθή αντιστοίχιση των κωδικών του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ: α.α είδους ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟΣ Α.Α ΠΤ ΕΠΥ ΟΡΘΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ Α.Α ΠΤ ΕΠΥ 7 2.1.3-16.4.84 16.4.163 8 2.1.3-16.4.84 16.4.163 9 2.1.3-16.4.84 16.4.163 10 2.1.3-16.4.84 Δεν υπάρχει κωδικός στο Παρατηρητήριο Τιμών 12 16.4.9999 Δεν υπάρχει κωδικός στο Παρατηρητήριο Τιμών 16 Δεν υπάρχει κωδικός στο Παρατηρητήριο Τιμών 23.1.96 21 Δεν υπάρχει κωδικός στο Παρατηρητήριο Τιμών 16.4.30 22 Δεν υπάρχει κωδικός στο Παρατηρητήριο Τιμών 16.4.27 Στην πρώτη στήλη αναγράφεται ο α.α του είδους από τον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών, στην δεύτερη ο κωδικός του Παρατηρητηρίου Τιμών όπως περιγράφεται στον ίδιο Πίνακα, και στην Τρίτη στήλη η ορθή αντιστοίχιση των ειδών με κωδικούς του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ. Παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη σας τον ανωτέρω Πίνακα ώστε να αποφευχθούν προβλήματα και ασάφειες που πιθανώς να ανακύψουν κατά την εξέλιξη του διαγωνισμού. Εν αναμονή των ενεργειών σας. Με τιμή, Για την ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΕ Αποστολής Καταραχιάς Δ/ντής Πωλήσεων - Becton Dickinson Division

Όνομα Siemens Healthcare ABEE	Email dimitra.papadimitriou@siemens.com	Άρθρο Δημόσια Διαβούλευση για τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια συστημάτων συλλογής αίματος και συριγγών αερίων αίματος	Ημ/νία 03/04/20 17
--	---	--	--------------------------

Αξιότιμοι κύριοι, Σχετικά με την ως άνω διαβούλευση είμαστε στην ευχάριστη θέση να καταθέσουμε τις προτάσεις μας με σκοπό την ανάπτυξη ανταγωνισμού και τη διασφάλιση σας σχετικά με την ποιότητα των ειδών που θα προμηθευτείτε: Σχετικά με τα είδη με α/α 17,18,19,20 που αφορούν «Δειγματοφορείς αίματος για αναλύσεις σε αναλυτή αερίων αίματος (σύριγγες αερίων αίματος)»: Οι ζητούμενες συγκεντρώσεις ηπαρίνης (30 IU για σύριγγες 1 cc και 80 IU για σύριγγες 3 cc) δίχως να παρέχουν κάποιο χαρακτηριστικό ή πλεονέκτημα απαραίτητο για τη χρήση για την οποία προορίζονται εμποδίζουν την ανάπτυξη ανταγωνισμού. Και αυτό γιατί οι

σύριγγες τις οποίες έχουμε την πρόθεση να προσφέρουμε στο διαγωνισμό σας, οι οποίες περιλαμβάνουν ποσότητα ηπαρίνης ελαφρά χαμηλότερη της ζητούμενης (23 IU για σύριγγες 1 cc και 70 IU για σύριγγες 3cc) εκπληρώνουν πλήρως τη χρήση για την οποία προορίζεται το είδος: 1. Την ακρίβεια της ανάλυσης με την εξάλειψη των προαναλυτικών σφαλμάτων (εξισορροπημένη ηπαρίνη) 2. Την αποφυγή δημιουργίας πηγμάτων που ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στη λειτουργία των αναλυτών αερίων αίματος. Επιπροσθέτως η ποσότητα ηπαρίνης που περιλαμβάνεται στις σύριγγες Rapidlyte της εταιρείας μας συμφωνεί με τα διεθνώς οριζόμενα πρότυπα (π.χ. IFCC: 15-50 IU/ml για ξηρή ηπαρίνη). Προτείνουμε επομένως την μετατροπή των ζητούμενων στους α/α 17,18,19,20 όπου ζητείται ποσότητα ηπαρίνης 30 IU σε «ηπαρίνη περίπου 23 IU ή ανώτερη» και όπου ζητείται ποσότητα ηπαρίνης 80 IU σε «ηπαρίνη περίπου 70 IU ή ανώτερη» Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία χρειαστείτε
