

**ΑΧΕΠΑ - Γρ.Προμηθειών - Χατζηκυριάκου Βέρα**

- Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

Από: Τεχνική Διαβούλευση <diavoulefsi@eprocurement.gov.gr>  
Αποστολή: Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018 9:48 πμ  
Προς: ΑΧΕΠΑ - Γρ.Προμηθειών - Χατζηκυριάκου Βέρα  
Κοινοποίηση: Ζαχαροπούλου Αναστασία  
Θέμα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ» ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 18ΔΙΑΒ000003929.  
Συνημμένα: 3929.pdf

31/12/18  
8

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
Πληροφορίες: Κασιμπρα Αικατερίνη  
Ταχ. Δ/ση: Κάνιγγος 20, 10181 Αθήνα  
Τηλ. : 2131514293, 2131514551  
Email: [akatsibra@eprocurement.gov.gr](mailto:akatsibra@eprocurement.gov.gr)

Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ  
Αριθ. Πρωτ. .... 60046 .....  
Ημ. Παραλαβής ..... 31/12/18 .....  
Αρμ. Υπάλληλος .....  
ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Η/Υ .....

ΠΡΟΣ:  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ  
ΣΤΙΛΠ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 1  
546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
Τμήμα Προμηθειών  
Πληροφορίες: Β. Χατζηκυριάκου  
Τηλ: 2313 303063,  
Φαξ: 2313 303060  
e-mail: [xatzikiriakou.barbara@n3.syzefxis.gov.gr](mailto:xatzikiriakou.barbara@n3.syzefxis.gov.gr)  
<<mailto:xatzikiriakou.barbara@n3.syzefxis.gov.gr>>

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ» ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 18ΔΙΑΒ000003929.

Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ» του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ με κωδικό 18ΔΙΑΒ000003929 έληξε και υποβλήθηκαν δύο (2) σχόλια στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Παρακαλώ δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο. Στο συνημμένο αρχείο δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν σχόλια τα οποία δεν έχουν καταχωρηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ, όμως έχουν σταλεί ως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση [diavoulefsi@eprocurement.gov.gr](mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr) και τα οποία σας έχουν σταλεί ή κοινοποιηθεί από τον αποστολέα τους. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση.

Από: ΑΧΕΠΑ - Γρ.Προμηθειών - Χατζηκυριάκου Βέρα [[xatzikiriakou.barbara@n3.syzefxis.gov.gr](mailto:xatzikiriakou.barbara@n3.syzefxis.gov.gr)]  
Αποστολή: Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018 9:45 πμ

Το: Τεχνική Διαβούλευση  
Θέμα: ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ» με cρν 33141420-0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

ΣΤΙΑΠ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 1

546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τμήμα Προμηθειών

Πληροφορίες: Β. Χατζηκυριάκου

Τηλ: 2313 303063, Φαξ: 2313 303060

e-mail: [xatzikiriakou.barbara@n3.syzefxis.gov.gr](mailto:xatzikiriakou.barbara@n3.syzefxis.gov.gr)<mailto:xatzikiriakou.barbara@n3.syzefxis.gov.gr>

Προς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Ταχ. Δ/ση: Κάνιγγος 20, 10181 Αθήνα Τηλ. :

2131514293, 2131514551

ΘΕΜΑ: "ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ» με cρν 33141420-0"

Παρακαλούμε όπως αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ([www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)<<http://www.promitheus.gov.gr>>) τη διαβούλευση με τίτλο «Χειρουργικά Γάντια» με cρν 33141420-0, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.

Στο παρόν επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές σε μορφή pdf. και η ανακοίνωση – πρόσκληση σε μορφή word, εφόσον υπάρχει.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση.

Από το Γραφείο Προμηθειών του ΑΧΕΠΑ

Β.Χατζηκυριάκου, τηλ. 2313 303063

Στοιχεία Διαβούλευσης **Ανευρεγγή**

Δημοσιεύθηκε 12/12/2018 Τελευταία ανανέωση

Σχόλια 2

## Σχόλια

Όνομα	Email	Άρθρο	Ημ/νία
ΙΝΕΞ ΙΑΤΡΙΚ Α ΑΕ	george.apostolou@inexmedical.g r	ΠΡΟΜΙΑΓΡΑΦΕ Σ ΓΑΝΤΙΩΝ	25/12/201 8

Μελετώντας τις προδιαγραφές έχουμε να κάνουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις: Για τα είδη 11-12-14 που αφορούν χειρουργικά γάντια ζητείται οι προδιαγραφές να συμπίπτουν με του ΕΚΑΠΤΥ. Οι προδιαγραφές όμως του ΕΚΑΠΤΥ είναι σε διαβούλευση και είναι σίγουρο ότι όλες οι εταιρείες του χώρου θα κάνουν παρεμβάσεις γιατί είναι φωτογραφικές προς όφελος μίας συγκεκριμένης εταιρείας που διαθέτει και τα πιο ακριβά γάντια στην αγορά. Η εταιρεία μας ως ένας από τους μεγαλύτερους ,αν όχι ο μεγαλύτερος , προμηθευτές γαντιών των δημόσιων νοσοκομείων έχει να κάνει τις παρακάτω προτάσεις τις οποίες θα της υποβάλλει και στην διαβούλευση των γαντιών του ΕΚΑΠΤΥ. Οι προτάσεις έχουν ως βασικό στόχο την εξάλειψη ανούσιων όρων που βοηθούν μία εταιρεία χωρίς όμως την υποβάθμιση των προδιαγραφών που προσδίδουν χαρακτηριστικά για υψηλής ποιότητας γάντια.

Αναλυτικότερα από τις προδιαγραφές του ΕΚΑΠΤΥ και τις δικές σας προδιαγραφές εφόσον ακολουθούν αυτές του ΕΚΑΠΤΥ ζητάμε να αφαιρεθούν οι όροι, το γάντι να έχει αποστείρωση γ και να τροποποιηθεί με τον όρο να έχει αποστείρωση γ ή ΕΟ , γιατί ουσιαστικά η μέθοδος αποστείρωσης δεν παίζει κανένα ρόλο στην ποιότητα του γαντιού. Επίσης ο όρος διάρκεια 5 χρόνων αποστείρωσης ζητάμε να γίνει τουλάχιστον 3 έτη γιατί πρόκειται για φωτογραφική προδιαγραφή χωρίς ουσία. Επίσης ο όρος πλαστικοποιημένη συσκευασία είναι παράνομος γιατί τα ευρωπαϊκά πρότυπα αναφέρουν ότι η συσκευασία του γαντιού μπορεί να είναι medical paper. Το μόνο που επιτυγχάνεται με την πλαστικοποιημένη συσκευασία

Αναζήτηση  
Διαβουλεύσεω  
v

είναι η αύξηση του κόστους , στην ποιότητα όμως του γαντιού δεν έχει καμία συνεισφορά. Επίσης ζητείται τόσο στις προδιαγραφές του ΕΚΑΠΤΥ όσο και στις δικές σας μήκος 290mm, όμως τα χειρουργικά γάντια πρέπει να έχουν μήκος τουλάχιστον 300mm για μεγαλύτερη προστασία του χρήστη, επομένως και στις προδιαγραφές σας πρέπει να αλλάξει ο όρος για τα είδη 11-12-14 σε μήκος γαντιού τουλάχιστον 300mm. Τέλος ζητείται από πολυεθνικές εταιρείες το AQL να είναι μικρότερο του 1 όταν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ορίζουν AQL 1,5 και σίγουρα η απόκλιση αυτή είναι αμελητέα, εφόσον ένα γάντι με AQL 1,5 αν διαθέτει τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τα γάντια είναι άριστο σε εφαρμογή και προστασία. Το μόνο που επιτυγχάνει ο όρος AQL <1 είναι την δημιουργία μονοπωλιακών καταστάσεων και την δραματική αύξηση του κόστους. Το ίδιο ισχύει και για αναφορές σε πρότυπα όπως το ASTM F1671 που δεν είναι ευρωπαϊκό πρότυπο αλλά αμερικάνικο οπότε και μόνο η αναφορά σε αυτό είναι παράνομη Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία

Όνομα	Email	Άρθρο	Ημ/νία
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΧΟΝΟΡΑΚΗΣ	info@gr.hartmann.info	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ	18/12/2018

Παρατηρήσεις της εταιρείας "PAUL HARTMANN Hellas SA" επί της διαβούλευσης προδιαγραφών γαντιών του νοσοκομείου «ΑΧΕΠΑ» Α/Α 6. ΓΑΝΤΙΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Προτείνουμε την τροποποίηση της υπάρχουσας προδιαγραφής ως εξής: 3) Να είναι κατασκευασμένα από 100% λάτεξ ή άλλο συνθετικό υλικό 4) Να μην περιέχουν μόλυβδο ή παράγωγα μολύβδου για μεγαλύτερη προστασία του χρήστη και για εύκολη απόρριψη, χωρίς ειδικές συνθήκες που απαιτείται στις περιπτώσεις ύπαρξης μολύβδου 9) Να μην διαθέτουν ρεβέρ, για καλύτερη συγκράτηση Προτείνουμε επίσης την προσθήκη των κάτωθι προδιαγραφών: - Να διαθέτουν AQL μικρότερο του 1 για πιστοποίηση ακόμα καλύτερης ποιότητας κατασκευής Α/Α 11. ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ Προτείνουμε την τροποποίηση της υπάρχουσας προδιαγραφής ως εξής: 3) Με διπλή ανθεκτική πλαστική αδιάβροχη συσκευασία ασφαλείας 4) Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη από 5,5 έως και 9 Προτείνουμε επίσης την προσθήκη των κάτωθι προδιαγραφών: - Να διαθέτουν AQL μικρότερο του 1 για



πιστοποίηση ακόμα καλύτερης ποιότητας κατασκευής - Στη συσκευασία των γαντιών θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός εργοστασίου (ref), καθώς θα πρέπει να συμφωνεί ο κωδικός που προσφέρθηκε στον διαγωνισμό με αυτόν που θα παραλαμβάνει στη συνέχεια το νοσοκομείο για διασφάλιση της αξιοκρατίας της προμήθειας - Να έχουν πιστοποιηθεί και να έχουν σήμανση CE ως Προϊόντα Ατομικής Προστασίας κλάσης III (Personal Protective Equipment) σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 89/686/ΕΟΚ, και να έχουν υποβληθεί σε αξιολόγηση συμμόρφωσης, ώστε να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις της ως άνω οδηγίας (για περαιτέρω ασφάλεια και προστασία των χρηστών) - Να πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων EN420, EN388, EN374/1-4, ASTM F1671 (για περαιτέρω ασφάλεια και προστασία των χρηστών) A/A 12. ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ Προτείνουμε την τροποποίηση της υπάρχουσας προδιαγραφής ως εξής: 3) Με διπλή ανθεκτική πλαστική αδιάβροχη συσκευασία ασφαλείας 4) Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη από 5,5 έως και 9 Προτείνουμε επίσης την προσθήκη των κάτωθι προδιαγραφών: - Να διαθέτουν AQL μικρότερο του 1 για πιστοποίηση ακόμα καλύτερης ποιότητας κατασκευής - Στη συσκευασία των γαντιών θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός εργοστασίου (ref), καθώς θα πρέπει να συμφωνεί ο κωδικός που προσφέρθηκε στον διαγωνισμό με αυτόν που θα παραλαμβάνει στη συνέχεια το νοσοκομείο για διασφάλιση της αξιοκρατίας της προμήθειας - Να έχουν πιστοποιηθεί και να έχουν σήμανση CE ως Προϊόντα Ατομικής Προστασίας κλάσης III (Personal Protective Equipment) σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 89/686/ΕΟΚ, και να έχουν υποβληθεί σε αξιολόγηση συμμόρφωσης, ώστε να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις της ως άνω οδηγίας (για περαιτέρω ασφάλεια και προστασία των χρηστών) - Να πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων EN420, EN388, EN374/1-4, ASTM F1671 (για περαιτέρω ασφάλεια και προστασία των χρηστών) \* Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη τις ανωτέρω παρατηρήσεις μας και τις συμπεριλάβετε στις προδιαγραφές σας \*\* Στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις

---